

20

PRUFZEUGNIS

Anno 2014

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| Kranwaagentype | DIN102TS-T10 | Werkstattauftrag | 06.0.6/2014 |
| Skalenendwert SEW [kg] | 10000 | Auftrag nr. | E-MAIL |
| | | Serien nr. | 614/99 |
| Genauigkeit % SEW | 0.1 | Kunde | MEILI & CO.AG-ZURICH |
| Referenzzelle | MPR/014T 12000 kg ACCREDIA 0565/2012 | Letzte Eichung | 03/08/12 |

Maximaler prozentualer Fehler -0.08

| Last [kg] | Anzeige [kg] | Fehler % SEW | Last [kg] | Anzeige [kg] | Fehler % SEW |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 0. | 0. | 0.000 | 5914. | 5910. | -0.040 |
| 1000. | 995. | -0.050 | 6878. | 6870. | -0.080 |
| 1970. | 1970. | 0.000 | 7864. | 7860. | -0.040 |
| 2960. | 2955. | -0.050 | 8836. | 8840. | 0.040 |
| 3934. | 3930. | -0.040 | 9820. | 9825. | 0.050 |
| 4916. | 4915. | -0.010 | | | |

Issued on 17-01-2014

Abnahmeprüfung
Antonio Mafarigo

Technische Leiter
Maurizio Biondi

levage et manutention...