

L. Meili & Co. AG
Zehntenhausstraße 63
8046 Zürich



Waagen-Prüfschein / Test Certificate Nr. / No 159954

Hersteller / Manufacturer: Dini Argeo
Typ / Type: MCWN6T
Prüfintervall / check interval: jährlich / annually
Artikel-Nr. / Article no:
Serien-Nr. / Serial no: 100551169
Wägebereich / weighing capacity: 300/600/ 1500 kg
Zifferschritt / digit: 0,1/0,2/0,5 kg
Gewichte / weights: M1 EBI500M1; M1 EBI1000M1; EBI2000M1

Umgebungsbedingungen / ambient conditions
Unruhe / stability: keine / no
Verschmutzung / pollution: keine / no
Luftbewegung / air movement: keine / no
Temperatur / temperature: 20 °C

Prüfung vor der Justage / Test before adjustment
Prüfgewicht / test weight: 1000 kg
Anzeige / Indicator: 1002 kg
Waage justiert / adjusted balance
Prüfgewicht / test weight: 1000 kg
Anzeige / Indicator: 1000 kg

Richtigkeit / accuracy:

	Prüflast / test weight:	Anzeige / Indicator:	Differenz / difference
1	100 kg	100,0 kg	0 kg
2	300 kg	300,0 kg	0 kg
3	500 kg	500,0 kg	0 kg
4	1000 kg	1000,0 kg	0 kg
5	1500 kg	1500,5 kg	0,5 kg

Ergebnis: Die Abweichungen liegen innerhalb der zulässigen Toleranz.
Result: The deviations are within the permitted tolerance.

Datum / date: 22.12.22

Unterschrift / signature:

V. Schürle